

**Протокол об итогах тендера №1
по закупу по закупу медицинского оборудования**

г.Астана

1 декабря 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Базарбаева М.А.- руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы.

Заместитель председателя комиссии:

Жарлыгапова Г.Т. - заместитель директора организации здравоохранения по экономическому и административно - хозяйственному обеспечению.

Члены комиссии:

Ахметова Р.Б.- главный бухгалтер.

Каирбекқызы Д.- руководитель отдела УЧРи КР.

Хамитова Ж.С.- главный экономист.

Капаева Ш.А. - главная медсестра.

Қадырғали Ш.Қ.- и.о. заведующего специализированного отделения

Секретарь тендерной комиссии:

Казанов К.К.- бухгалтер по государственным закупкам

провел тендер по закупу медицинского оборудования в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

2.Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не предоставлено.

3.В тендерную документацию изменения и дополнения не вносились.

4.Тендерные заявки на участие в тендере предоставления потенциальными поставщиками.

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	№ лота	Заявленная цена (тенге)
1	ТОО «Телемедицинский центр «Сапа»	г. Астана, ул. Сыганак 54А, офис 309	1	999 000

5.Следующие заявки отклонены:

1	ТОО «Телемедицинский центр «Сапа»	1. Лот № 1 – Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует условиям тендерной документации, основание п.п.7,п.62, главы 2. 2. В представленной технической спецификации отсутствует –цветной высококонтрастный ЖК-дисплей (320*240 точек) 3. Отсутствует скоростной термопринтер с высокой разрезающей способностью. 4. Отсутствует встроенная телеметрическая система передачи данных. 5. Отсутствует удобное меню для управления электрокардиографа. 6. Отсутствует цифровые фильтра 50 Гц и мышечное дрожание. 7. Защита от импульсов электромагнитных помех.
---	-----------------------------------	--

		8. Не соответствует – входное сопротивление $>10 \text{ МОМ}$. 9. Не соответствует подавление синфазных пом 100 Дб. 10. Не соответствует Диапазона измерений ЧСС $20-300$ 1/мин. Диапазон входных напряжений от 0.03 до 5 мВ. 11. Не соответствует Авторасчет интервалов и осей. Количество печатных кривых 12 отведений по $3,4$ или 6 отведений одновременно. 12. Не соответствует уровень внутренних шум $<20 \text{ мкВ}$. Скорость развертки $5,10,25,50 \text{ мм/с}$. 13. Не соответствует питание от сети переменного тока 220 В, встроенного аккумулятора (4 часа работы). 14. Не соответствует питание от бортовой автомобильной сети от 12 В до потребляемая мощность $<10 \text{ Вт}$. 15. Не соответствует система контроля наложения электродов. Запись ЭКГ в памяти -250. 16. Не соответствует определение амплитудно-временных характеристик и QRS комплексов по каждому отведению. 17. Не соответствует защита IEC 60601-1, класс II, тип CF. Выход USB GSM модем. Габариты $250*150*65$. Вес $1,3 \text{ кг}$. (без аккумулятора).
--	--	---

6. Организаторы закупа, пригласили для экспертизы медицинского оборудования профильного специалиста врача ФД Бапышеву А.М., которая в заключении от 04.12.2023г. указала, что аппарат Телекардиограф KZM-01 не соответствует технической спецификации тендерной документации. (заключение прилагается).

7. Информация о выделенных суммах по лотам: указано в приложении 1 к настоящему протоколу.

8. Тендерная комиссия по результатам представленных тендерных заявок потенциальными поставщиками **РЕШИЛА:**

1. Признать закуп по лоту №1 несостоявшимся в связи с предоставлением менее двух заявок на участие в тендере.

Председатель комиссий:

Руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы
Базарбаева М.А. _____

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель директора организации здравоохранения по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
Жарлыгапова Г.Т. _____

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

Ахметова Р.Б. _____

Руководитель отдела УЧРи-КР

Каирбекқызы Д. _____

Главный экономист

Хамитова Ж.С. _____

Главная медсестра

Капаева Ш.А. _____

и.о. заведующего специализированного отделения

Кадыргали Ш.К. _____

Секретарь тендерной комиссии:

Бухгалтер по государственным закупкам

Казанов К.К. _____