

**Протокол об итогах тендера №2
по закупке медицинского оборудования**

г.Астана

3 ноября 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Омаркулова Ж.К.-заместитель директора по медицинской части.

Заместитель председателя комиссии:

Базарбаева М.А.- руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы.

Члены комиссии:

Баркова И.Б.- заведующая лабораторно-диагностическим отделением.

Каирбекқызы Д.- руководитель отдела УЧРи КР.

Хамитова Ж.С.- главный экономист.

Капаева Ш.А. - главная медсестра.

Кадыргали Ш.Қ.- и.о. заведующего специализированного отделения

Секретарь:

Казанов К.К.- бухгалтер по государственным закупкам

рассмотрели заявки **по закупке медицинской техники**

2.Сумма, выделенная для закупки по лоту:

№ лота	Наименование лота	Сумма выделенная для закупки (тенге)
1	Автоматический гематологический анализатор	9 350 000

3.заявки следующих потенциальных поставщиков представлены до окончательного срока представления заявок:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Адрес всех потенциальных поставщиков
1	ТОО Эвентус Медикал	г.Алматы мкр. Алтай1, д 29/1, кв 66
2	ТОО Аим Плюс	Алматинская обл. г.Каскелен, ул. А.Байгазиев,7
3	ТОО ДиАКит	г.Караганда, микрорайон 19,д. 40а
4	ТОО Медилэнд	г.Алматы, проспект Райымбек, д 417А, нп 1
5	ТОО ITTS	г.Астана ул Амангелді Иманов, № 19, 11 этаж, офис 44.

4.информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: эксперты не привлекались.

5.Следующие заявки отклонены:

№	Наименование потенциальных поставщиков	Полная причина отклонения и № лота
1	ТОО Аим Плюс	Лот № 1 – Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует условиям тендерной документации, основание п.п.7,п.62, главы 2. 1. В представленной технической спецификации память анализатора DYMINO – 50000 измерений, в требуемой технической спецификации не менее – 100000. 2. отсутствует встроенная программа контроля качества. 3. отсутствует количество файлов контрольного материала в памяти прибора ≥ 60 ; 4. отсутствует количество результатов контроля качества в одном файле ≥ 500 ; 5. отсутствует наличие сообщения о патологическом результате

		исследования; 6. отсутствует считыватель карт; 7. отсутствует сканер штрих-кодов; 8. отсутствует оповещение об ошибках/самодиагностика; 9. отсутствует программа слежения за остатками реагентов и расчет остаточного количества тестов; 10. отсутствуют условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц;
--	--	---

6. заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

№	Наименование потенциальных поставщиков	№ лота	Заявленная цена (тенге)	Торговое наименование
1	ТОО Эвентус Медикал	1	9 348 000	Автоматический гематологический анализатор MicroCC-25Plus
2	ТОО ДиАКит	1	5 350 000	Автоматический гематологический анализатор URIT-5160 5-Part-Diff
3	ТОО Медилэнд	1	8 750 000	Автоматический гематологический анализатор Sysmex серии XN-L, модель XN 550
4	ТОО ITTS	1	8 240 509	Автоматический гематологический анализатор BC-6000

7. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Заключить договор о закупках в течении 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера по лоту №1 с ТОО ДиАКит, г. Караганда, микрорайон 19, д. 40а, на основании п.66 главы 2 правил, на общую сумму 5 350 000 тенге, вторым победителем признать ТОО ITTS г. Астана ул. Амангелді Иманов, № 19, 11 этаж, офис 44.

Организатору закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Астаны разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.


За данное решение проголосовали:

За - 7 голоса.

Против – 0 голосов.


Председатель комиссии:

заместитель директора по медицинской части.

Омаркулова Ж.К. 


Заместитель председателя комиссии:

Руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы


Базарбаева М.А. 

Члены комиссии:


заведующая лабораторно-диагностическим отделением.

Баркова И.Б. 


Руководитель отдела УЧРи КР

Каирбеккызы Д. 


Главный экономист

Хамитова Ж.С. 

Главная медсестра

Капаева Ш.А. 

и.о. заведующего специализированного отделения

Кадыргали Ш.Қ. 

Секретарь тендерной комиссии:

Бухгалтер по государственным закупкам

Казанов К.К. 