

**Протокол об итогах тендера №1
по закупке по закупке медицинского оборудования**

г.Астана

04 августа 2023 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссий:

Омаркулова Ж.К.- заместитель директора по медицинской части.

Заместитель председателя комиссии:

Жарлыгапова Г.Т. - заместитель директора организации здравоохранения по экономическому и административно - хозяйственному обеспечению.

Члены комиссии:

Базарбаева М.А.- руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы.

Ахметова Р.Б.- главный бухгалтер.

Каирбекқызы Д.- руководитель отдела УЧРи КР.

Капаева Ш.А. - главная медсестра.

Мухаметжанов Б.К.- заведующий специализированным отделением.

Секретарь тендерной комиссии:

Рахметова Н.А.- бухгалтер по государственным закупкам
провела тендер по закупке медицинского оборудования в соответствии с Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

2.Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.

3.В тендерную документацию изменения и дополнения не вносились.

4.Тендерные заявки на участие в тендере не представлены потенциальными поставщиками.

5.Эксперты, представляющие заключения, по соответствию предложенных в заявке на участие в тендере по закупке медицинского оборудования не привлекались.


6. Информация о выделенных суммах по лотам: указана в приложении 1 к настоящему протоколу.

7.Тендерная комиссия по результатам не предоставления тендерных заявок потенциальными поставщиками **РЕШИЛА:**


1. Признать закуп по лоту №1 несостоявшимся (не представлены тендерные заявки).

2. Отклоненные тендерные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.


Председатель комиссий:

Заместитель директора по медицинской части
Омаркулова Ж.К. 

Заместитель председателя комиссии:


Заместитель директора организации здравоохранения по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
Жарлыгапова Г.Т. 


Члены комиссии:

Руководитель службы по поддержке пациентов и внутренней экспертизы
Базарбаева М.А. 

Главный бухгалтер
Ахметова Р.Б. 

Руководитель отдела УЧРи КР
Каирбекқызы Д. 

Главная медсестра
Капаева Ш.А. 

Заведующий специализированным отделением
Мухаметжанов Б.К. 

Секретарь тендерной комиссии:

Бухгалтер по государственным закупкам
Рахметова Н.А. 

Приложение 1 к протоколу итогов

№ лота	Наименование (МНН)	Краткая характеристика (описание) товаров	Единица измерения	Количество	Цена за ед., тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Электрокардиограф 12-канальный	Функции копирования. Одновременной регистрации 12-ти отведений. Анализа и интерпретации ЭКГ. Цветного высококонтрастного ЖК-дисплея (320x240 точек). Скоростного термопринтера с высокой разрешающей способностью. Встроенной телеметрической системы передачи данных. Удобного меню для управления работой электрокардиографа. Полного набора принадлежностей ЭКГ. Цифровых фильтров 50 Гц и мышечного дрожания. Автоматической компенсации дрейфа изолинии. Защиты от импульсов дефибриллятора. Режимы непрерывного мониторинга ЧСС. Хранения в памяти фрагментов ЭКГ по всем 12-ти отведениям с возможностью их последующего просмотра и печати. Специального программного обеспечения для расширенного анализа и интерпретации ЭКГ, документирования и формирования баз данных. Ввода сведений о пациенте в файл ЭКГ. Входное сопротивление >10 Мом, подавление синфазных помех > 100 Дб. Диапазон измерений ЧСС 20- 300 1/мин. Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ. Уровень внутренних шумов <20 мкВ. Скорость развертки 5, 10, 25, 50 мм/с. Питание от сети переменного тока 220 В, встроенного аккумулятора (4 часа работы). Питание от бортовой автомобильной сети от 12В до 15В. Потребляемая мощность <10 Вт. Встроенная система анализа и интерпретации ЭКГ. Авто-формирование предварительного заключения. Система контроля наложения электродов. Записей ЭКГ в памяти – 250. Определение амплитудно-временных характеристик и QRS комплексов по каждому отведению. Авто-расчёт интервалов и осей. Количество печатных кривых 12 отведений по 3, 4 или 6 отведений одновременно. Защита IEC60601-1, класс II, тип CF. Выход USB, GSM модем. Габариты 250x150x65. Вес 1,3 кг (без аккумулятора). Гарантийное сервисное обслуживание.	единица	1	999 000,00	999 000,00